

### LEISTUNGSKRITERIEN

#### 1 Los 1 - "Einmaluntersuchungshand schuhe Nitril unsteril normale Stulpe"

##### 1.1 Mindestkriterien (Durch Bieter auszufüllen)

Gewichtung: 50,00%

##### 1.1.1 Allergieprävention [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Hiermit bestätigen wir, dass die angebotenen Handschuhe den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege entsprechen und kein Latex enthalten.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.2 Umgang mit Lebensmitteln [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte können unbedenklich beim Umgang mit Lebensmitteln eingesetzt werden

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.3 Allergene [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

In den angebotenen Produkten sind Thiurame, Mercaptobenzothiazole nicht mehr nachweisbar.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.4 DIN EN 420 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Normen nach DIN EN 420

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.5 DIN EN 455 1-4 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Normen nach DIN EN 455 1-4.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

##### 1.1.6 DIN EN 374 1, 2, 4 und 5 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Vorgaben der DIN EN 374 1, 2, 4 und 5

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

**1.1.7 DIN EN 16523 [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Vorgaben mind. DIN EN 16523

- Keine Angabe*  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.8 Virdendichtigkeit [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Artikel wurde auf Virdendichtigkeit gemäß ASTM F 1671 bzw. DIN EN 374-5 Virus geprüft.

- Keine Angabe*  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.9 CE Zertifizierung [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte sind CE Zertifiziert und als Medizinprodukte (Klasse I) und als persönliche Schutzausrüstung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 zugelassen.

- Keine Angabe*  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.10 Anzahl Handschuhe im Spenderkarton [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Im Spenderkarton befinden sich maximal 200 Handschuhe.

- Keine Angabe*  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.11 Reißfestigkeit [Mussangabe]**

Gewichtung: 50,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter belegt durch Nachweis eines Zertifikates bzw. technischen Datenblattes, dass die Reißfestigkeit der gebotenen Artikel mit einer Handschuhlänge von ca. 24,0 cm im Durchschnitt mehr als 6 Newton beträgt.

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (20)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.12 Durchbruchzeiten [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bieter belegt durch Nachweis eines Zertifikates bzw. technischen Datenblattes, die durchgeführte Testung auf Chemikalien und Zytostatika unter Angabe der getesteten Substanzen und den entsprechenden Durchbruchzeiten. Bei den gebotenen Handschuhen mit einer Stulpenlänge von 240mm (+/-5%) muss die Permeationsbeständigkeit für 30 Minuten von mindestens 3 der möglichen 18 (A-T Prüfchemikalien) unter Angabe der getesteten Substanzen und den entsprechenden Durchbruchzeiten über das techn. Datenblatt nachgewiesen werden.  
 Prüfung nach DIN EN ISO 374-1, mind. Typ B

- Keine Angabe*  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**1.1.13 Produktdatenblätter [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Wir haben zu jedem angebotenen Produkt Datenblätter und Zertifikate (gültig für alle Größen) zu unserem Angebot hochgeladen aus welchen folgendes hervorgeht:

- Latexfreiheit
  - Unbedenklichkeit beim Umgang mit Lebensmitteln
  - Inhaltsstoffe, insbesondere zu den verwendeten Akzeleratoren und den Nachweis, dass Thiurame, Mercaptobenzothiazole in dem Artikel nicht mehr nachweisbar sind.
  - Erfüllung der Norm DIN EN 420
  - Erfüllung der Normen nach DIN EN 455 1-4
  - Erfüllung der Normen nach DIN EN 374-1-2 4 und 5
  - Erfüllung der Norm DIN EN 16523
  - Nachweis Virendichtigkeit gemäß ASTM F 1671
  - Nachweis der CE Kennzeichnung und Zulassung als Medizinprodukte (Klasse I) und als persönliche Schutzausrüstung Kat. III im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
- Beizufügen sind insbesondere der Nachweis über die Baumusterprüfung nach Modul B der notifizierten Stelle UND der Nachweis nach Modul C2 nach Anhang VII oder nach Modul D nach Anhang VIII der notifizierten Stelle
- Nachweis über Reißfestigkeit (Angabe in Newton)
  - Nachweis über die Durchbruchzeiten

Die Datenblätter sind so zu bezeichnen, dass erkennbar ist, für welches Los diese Geltung haben sollen. Eine einfache Konformitätserklärung des Herstellers genügt nicht.

- ] Keine Angabe
- ] Ja
- ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 1.1.14 Versorgungssicherheit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich/Wir erkläre(n) durch Vorlage eines exemplarischen Lieferablaufs, dass ich/wir in der Lage bin/sind, den Auftraggeber innerhalb von 72 Stunden ab Eingang der Bestellung zu beliefern. Den Lieferablauf haben wir als Anlage zu unserem Angebot hochgeladen!

- ] Keine Angabe
- ] Ja
- ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 1.2 Bewertungskriterien (Durch Vergabestelle zu füllen)

Gewichtung: 50,00%

### 1.2.1 Tragbarkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission das Tragen der Handschuhe auch unter Berücksichtigung des Gefühls auf der Haut?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.2 Tastsensibilität

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Sensibilität beim Tasten, insbesondere in den Fingerspitzen?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.2.3 Anziehbarkeit trocken

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Anziehbarkeit der Handschuhe mit trockenen Händen?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.2.4 Ausziehbarkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission, unter hygienischen Aspekten, dass sichere Ausziehen (abstreifen) des benutzten Handschuhs?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.2.5 Griffigkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Griffigkeit der Handschuhe im Arbeitsablauf?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.2.6 Passform

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Passform der Handschuhe (unter Berücksichtigung der individuellen Handgröße)?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.2.7 Entnehmbarkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Entnehmbarkeit der Handschuhe aus dem Spenderkarton?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.2.8 Reißfestigkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Dehnbarkeit bzw. Reißfestigkeit der Handschuhe?

- ] Keine Angabe (0)
- ] Sehr gut (100)
- ] Gut (75)
- ] Ausreichend (50)
- ] Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 2 Los 2 - "Einmaluntersuchungshand schuhe Nitril unsteril lange Stulpe"

### 2.1 Mindestkriterien (Durch Bieter auszufüllen)

Gewichtung: 50,00%

#### 2.1.1 Allergieprävention [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Hiermit bestätigen wir, dass die angebotenen Handschuhe den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege entsprechen und kein Latex enthalten.

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.2 Umgang mit Lebensmitteln [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte können unbedenklich beim Umgang mit Lebensmitteln eingesetzt werden

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.3 Allergene [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

In den angebotenen Produkten sind Thiurame, Mercaptobenzothiazole nicht mehr nachweisbar.

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.4 DIN EN 420 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Normen nach DIN EN 420

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.5 DIN EN 455 1-4 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Normen nach DIN EN 455 1-4.

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.6 DIN EN 374 1, 2, 4 und 5 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Vorgaben der DIN EN 374 1, 2, 4 und 5

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.7 DIN EN 16523 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte erfüllen die Vorgaben mind. DIN EN 16523

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.8 Virendichtigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Artikel wurde auf Virendichtigkeit gemäß ASTM F 1671 bzw. DIN EN 374-5 Virus geprüft.

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

**2.1.9 CE Zertifizierung [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Die angebotenen Produkte sind CE Zertifiziert und als Medizinprodukte (Klasse I) und als persönliche Schutzausrüstung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 zugelassen.

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.1.10 Anzahl Handschuhe im Spenderkarton [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Im Spenderkarton befinden sich maximal 200 Handschuhe.

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.1.11 Durchbruchzeiten [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bieter belegt durch Nachweis eines Zertifikates bzw. technischen Datenblattes, die durchgeführte Testung auf Chemikalien und Zytostatika unter Angabe der getesteten Substanzen und den entsprechenden Durchbruchzeiten. Bei den gebotenen Handschuhen mit einer Stulpenlänge von . 300mm (+/-5%) muss die Permeationsbeständigkeit für 60 Minuten von mindestens 6 der möglichen 18 (A-T Prüfchemikalien darunter mindestens Wasserstoffperoxid ) unter Angabe der getesteten Substanzen und den entsprechenden Durchbruchzeiten über das techn. Datenblatt nachgewiesen werden.  
 Prüfung nach DIN EN ISO 374-1, mind. Typ A

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.1.12 Reißfestigkeit [Mussangabe]**

Gewichtung: 50,00%

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter belegt durch Nachweis eines Zertifikates bzw. technischen Datenblattes, dass die Reißfestigkeit des gebotenen Artikels mit einer Handschuhlänge von ca. 30,0cm (+/-5%) im Durchschnitt mind. 9 Newton beträgt.

- Keine Angabe (0)  
 Ja (20)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

**2.1.13 Produktdatenblätter [Mussangabe]**

K.O.-Kriterium: Ja

Wir haben zu jedem angebotenen Produkt Datenblätter und Zertifikate (gültig für alle Größen) zu unserem Angebot hochgeladen aus welchen folgendes hervorgeht:

- Latexfreiheit
  - Unbedenklichkeit beim Umgang mit Lebensmitteln
  - Inhaltsstoffe, insbesondere zu den verwendeten Akzeleratoren und den Nachweis, dass Thiurame, Mercaptobenzothiazole in dem Artikel nicht mehr nachweisbar sind.
  - Erfüllung der Norm DIN EN 420
  - Erfüllung der Normen nach DIN EN 455 1-4
  - Erfüllung der Normen nach DIN EN 374-1-2 4 und 5
  - Erfüllung der Norm DIN EN 16523
  - Nachweis Virendichtigkeit gemäß ASTM F 1671 bzw. DIN EN 374-5 Virus.
  - Nachweis der CE Kennzeichnung und Zulassung als Medizinprodukte (Klasse I) und als persönliche Schutzausrüstung Kat. III im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
- Beizufügen sind insbesondere der Nachweis über die Baumusterprüfung nach Modul B der notifizierten Stelle UND der Nachweis nach Modul C2 nach Anhang VII oder nach Modul D nach Anhang VIII der notifizierten Stelle
- Nachweis über Reißfestigkeit (Angabe in Newton)
  - Nachweis über die Durchbruchzeiten

Die Datenblätter sind so zu bezeichnen, dass erkennbar ist, für welches Los diese Geltung haben sollen.  
 Eine einfache Konformitätserklärung des Herstellers genügt nicht.

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.1.14 Versorgungssicherheit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich/Wir erkläre(n) durch Vorlage eines exemplarischen Lieferablaufs, dass ich/wir in der Lage bin/sind, den Auftraggeber innerhalb von 72 Stunden ab Eingang der Bestellung zu beliefern. Den Lieferablauf haben wir als Anlage zu unserem Angebot hochgeladen!

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 2.2 Bewertungskriterien (Durch Vergabestelle zu füllen)

Gewichtung: 50,00%

### 2.2.1 Tragbarkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission das Tragen der Handschuhe auch unter Berücksichtigung des Gefühls auf der Haut?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2.2 Tastsensibilität

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Sensibilität beim Tasten, insbesondere in den Fingerspitzen?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2.3 Anziehbarkeit trocken

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Anziehbarkeit der Handschuhe mit trockenen Händen?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2.4 Ausziehbarkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission, unter hygienischen Aspekten, dass sichere Ausziehen (abstreifen) des benutzten Handschuhs?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2.5 Griffigkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Griffigkeit der Handschuhe im Arbeitsablauf?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2.6 Passform

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Passform der Handschuhe (unter Berücksichtigung der individuellen Handgröße)?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2.7 Entnehmbarkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Entnehmbarkeit der Handschuhe aus dem Spenderkarton?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2.8 Reißfestigkeit

Gewichtung: 6,25%

K.O.-Kriterium: Nein

Wie beurteilt die Bewertungskommission die Dehnbarkeit bzw. Reißfestigkeit der Handschuhe?

- Keine Angabe* (0)
- Sehr gut (100)
- Gut (75)
- Ausreichend (50)
- Mangelhaft (0)

Nur eine Antwort wählbar