

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 - "Intensivbeatmungsgeräte "

1.1 Qualität und Technische Werte Mindestanforderungen

1.1.1 CE-Kennzeichen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CE-Kennzeichen

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.2 Zulassung als Medizinprodukt [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Zulassung als Medizinprodukt

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.3 erfüllt DIN EN ISO 19223 [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

erfüllt DIN EN ISO 19223

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.4 Oberflächen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

alle Oberflächen sind reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.5 geeignet für Erwachsene und Kinder [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

geeignet für Erwachsene und Kinder

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.6 Akku- und Netzbetrieb: [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Akku- und Netzbetrieb:

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.7 Akkulaufzeit mindestens 30 Minuten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Akkulaufzeit mindestens 30 Minuten

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.8 inkl. steckerfertiges Netzteil, 230 V [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

inkl. steckerfertiges Netzteil, 230 V

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.9 Display [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Display (Größe zwischen 15 - 19 Zoll) mit Touch und/oder Folientastatur zur Programmeinstellung und Parameterdarstellung

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.10 Medikamentenvernebler [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Integration von Medikamentenverneblern ist möglich

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.11 Darstellung von Kurven und Trends [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Darstellung von Kurven und Trends

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.12 interne Speicherkarte [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

interne Speicherkarte für die Aufzeichnung von Daten

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.13 Schnittstelle für Datentransfer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Schnittstelle für Datentransfer (z.B. USB, Ethernet)

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.14 KIS / PDMS [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Anbindung an ein KIS / PDMS (z . B . HL 7 Schnittstelle, Erstellung und Export von Berichten)
kompatibel zu eingesetztem PDMS und Infrastruktur über geeignete Schnittstellen :
- Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA)
- Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.15 Kompatibilität zu Atemgasbefeuchter [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Kompatibilität zu Atemgasbefeuchter MR 850 des Herstellers Fisher & Paykel ist gegeben .

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.16 optische und akustische Alarmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

optische und akustische Alarmer

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.17 Hoch- und Niedrig- Grenzwerte für Alarmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

einstellbare Hoch- und Niedrig- Grenzwerte für Alarm

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.18 Alarm bei technischen Störungen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Alarm bei technischen Störungen

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.19 für invasive und nicht invasive Beatmungsmodi [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

für invasive und nicht invasive Beatmungsmodi

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.20 volumenkontrollierte Druck-Beatmung (AutoFlow) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

volumenkontrollierte Druck-Beatmung (AutoFlow)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.21 Tubuskompensation (ATC) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Tubuskompensation (ATC)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.22 CMV-VC oder A/C-VC (bzw. VC-CMV, VCV, CMV, VC) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CMV-VC oder A/C-VC (bzw. VC-CMV, VCV, CMV, VC)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.23 SIMV-VC/PS (bzw. VC-SIMV, SIM-VC, SIMV) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

SIMV-VC/PS (bzw. VC-SIMV, SIM-VC, SIMV)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.24 CSV-vtPS (bzw. SPN-CPAP/VS, VS, Dynamisches PSV) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CSV-vtPS (bzw. SPN-CPAP/VS, VS, Dynamisches PSV)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.25 CMV-PC oder A/C-PC (bzw. PC-CMV, PCV, PC) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CMV-PC oder A/C-PC (bzw. PC-CMV, PCV, PC)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.26 CPAP oder CSV-ACAP (bzw. SPN-CPAP, CPAP, Spont) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CPAP oder CSV-ACAP (bzw. SPN-CPAP, CPAP, Spont)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.27 SIMV-PC/PS (bzw. PC-SIMV, SIMV-PC,PC- BIPAP, Bilev) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

SIMV-PC/PS (bzw. PC-SIMV, SIMV-PC,PC- BIPAP, Bilevel, DUOPAP)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.28 IMV-PC oder IMV-PS (bzw. PC-APRV, APRV, BiVENT-APR) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

IMV-PC oder IMV-PS (bzw. PC-APRV, APRV, BiVENT-APRV)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.29 CSV-PS (bzw. SPN-CPAP/PS, CPAP/PSV, Spont, PSV, PS [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CSV-PS (bzw. SPN-CPAP/PS, CPAP/PSV, Spont, PSV, PS)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.30 Tidalvolumenbereich [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Tidalvolumenbereich (Kinder, Erwachsene): 50 - 2000 ml

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.31 PEEP [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Positive End Expiratory Pressure (PEEP): 0 - 30 mbar

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.32 inspiratorischer Fluss [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

inspiratorischer Fluss: bis min. 120 l/min

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.33 Inspirationsdruck [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Inspirationsdruck: 0 - 50 mbar

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.34 Inspiratorische Sauerstofffraktion [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Inspiratorische Sauerstofffraktion (FiO₂): 21 - 100 %

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.35 Atemfrequenz (Kinder, Erwachsene) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Atemfrequenz (Kinder, Erwachsene): 2 - 80 /min

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.1.36 Gerätewagen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Gerätewagen :

- fahrbar auf weichen Lenkrollen , elektrisch leitfähig , feststellbar
- mit Stellfläche für das Beatmungsgerät
- Normgeräteschienen beidseitig der Gerätestellfläche

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Nachhaltigkeitskriterien

Gewichtung: 10,00%

1.2.1 Anzegebende Informationen [Mussangabe]

CO2-Neutralität bis zum Jahr 20XX angestrebt!

CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.

CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.

Anteil der Abfälle in % die im vergangenen Geschäftsjahr dem Recycling zugeführt wurden.

Anteil verwendete Recyclingmaterialien in %

Anteil recyclingfähiges Material in %

1.2.2 Nachhaltigkeitsbericht [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%

Maximalpunktzahl: 1

Nachhaltigkeitsbericht (z.B. Eigenerklärung, Bericht gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG § 10) liegt dem Angebot bei.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.3 ESG [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%

Maximalpunktzahl: 1

Environmental Social Governance (ESG) Bewertung einer externen Nachhaltigkeits-Rating- Agentur (z.B. ISS ESG, MSCI, Sustainalytics, CPD, EcoVadis) liegt vor.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.4 Sonstige Nachhaltigkeitszertifikate [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%

Maximalpunktzahl: 1

Sonstige Nachhaltigkeitszertifikate (z.B. Energieaudit, Abfallreduktion) liegen bei.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.5 CO2-Neutralität

Gewichtung: 1,00%

Maximalpunktzahl: 1

CO2-Neutralität bis zum Jahr 20XX angestrebt!

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.2.6 CO2-Emission

Gewichtung: 1,00%

Maximalpunktzahl: 1

CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.2.7 Anteil erneuerbare Energien

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil erneuerbare Energien in % am Gesamtverbrauch im vergangenen Geschäftsjahr.
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.2.8 Recycling Quote

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil der Abfälle in % die im vergangenen Geschäftsjahr dem Recycling zugeführt wurden.
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.2.9 Rücknahme von Gebrauchsgütern [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Ist die Rücknahme von Gebrauchsgütern möglich?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2.10 Umgang mit Gebrauchsgütern [Mussangabe]

Wie werden zurückgenommene Gebrauchsgüter weiterverwendet (z.B. Wiederaufbereitung, Ersatzteilgewinnung, für Schulung / Vorführungen).

1.2.11 Anteil verwendete Recyclingmaterialien

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil verwendete Recyclingmaterialien in %
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.2.12 Anteil recyclingfähiges Material

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil recyclingfähiges Material in %
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.3 Servicekriterien

Gewichtung: 20,00%

1.3.1 Gewährleistungsverlängerung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 3

Freiwillige Gewährleistungsverlängerung ohne Aufpreis

- Keine Angabe (0)
- 24 Monate (3)
- 12 Monate (1)

Nur eine Antwort wählbar

1.3.2 Servicecenter 7/7 [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Servicecenter ist an 7 Tagen in der Woche erreichbar.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3.3 Servicecenter 24H [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Servicecenter ist von 0-24 Uhr in der Woche erreichbar.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

1.3.4 Servicecenter Mindestanforderung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Servicecenter ist werktags zwischen 08:00 - 17:00 Uhr telefonisch erreichbar.

- Keine Angabe*
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.3.5 Telefonische Beratung [Mussangabe]Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Eine telefonische Beratung für technische und anwendungsspezifische Fragen ist verfügbar.

- Keine Angabe* (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3.6 Online-Kundenservice-Portal [Mussangabe]Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Online-Kundenservice-Portal mit wartungsrelevanten Unterlagen (z.B. Anleitungen, Ersatzteil- und Stücklisten) ist verfügbar.

- Keine Angabe* (0)
 Ja (1)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3.7 Ersatzteillieferzeit [Mussangabe]Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 5

Lieferbarkeit von Ersatzteilen

- Keine Angabe* (0)
 Ersatzteile sind innerhalb von 12 Stunden (auch über Nacht) lieferbar. (5)
 Ersatzteile sind innerhalb von 24 Stunden lieferbar. (1)

Nur eine Antwort wählbar

1.3.8 Reaktionszeit Servicetechniker [Mussangabe]

Reaktionszeit Servicetechniker von Meldung bis Eintreffen im Klinikum in Stunden

1.3.9 Reaktionszeit ServicetechnikerGewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.3.10 Instandsetzungszeit Servicetechniker [Mussangabe]

Instandsetzungszeit Servicetechniker nach Ausfallmeldung (Abruf der Reparatur) des Technikers beträgt in Tagen

1.3.11 Instandsetzungszeit ServicetechnikerGewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.4 Qualität und Technische Werte Bewertungskriterien

Gewichtung: 5,00%

1.4.1 Akkus [Mussangabe]Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 5

Akkus sind nicht fest verbaut

- Keine Angabe* (0)
 Ja (5)
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.4.2 Akkulaufzeit in Stunden [Mussangabe]

Bitte geben Sie hier die Akkulaufzeit in Stunden an

1.4.3 Akkulaufzeit

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 3

Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.4.4 Kompatibilität [Mussangabe]

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 5

kompatibel zu Verbrauchsmitteln (z.B. Beatmungsschläuche) von Drittanbietern

- Keine Angabe (0)
- Ja (5)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.4.5 Demontagefreundliche Konstruktion [Mussangabe]

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Demontagefreundliche Konstruktion (z.B. geschraubt statt verklebt, hohe Sortenreinheit anfallender Materialien)

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.4.6 Maximale Leistungsaufnahme [Mussangabe]

Maximale Leistungsaufnahme in kw

1.4.7 Bewertung Leistungsaufnahme

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.4.8 Durchschnittliche Leistungsaufnahme [Mussangabe]

Durchschnittliche Leistungsaufnahme (während Beatmung) in kw

1.4.9 Bewertung durch. Leistungsaufnahme

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.4.10 Durchschnittliche Produktlebensdauer [Mussangabe]

Durchschnittliche Produktlebensdauer in Jahren

1.4.11 Bewertung Produktlebensdauer

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.4.12 Systemverfügbarkeit [Mussangabe]

Geben Sie hier die garantierte Verfügbarkeit pro Jahr in Prozent an.

1.4.13 Systemverfügbarkeit

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 5

Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

1.5 Anwenderbewertung

Gewichtung: 65,00%

1.5.1 Punkte Anwenderbewertung

Gewichtung: 65,00%
Maximalpunktzahl: 195

An dieser Stelle trägt die Vergabestelle die erreichten Punkte der Anwenderbewertung ein.

2 Los 2 - "Intensivbeatmungsgeräte "

2.1 Qualität und Technische Werte Mindestanforderungen

2.1.1 CE-Kennzeichen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
CE-Kennzeichen

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.2 Zulassung als Medizinprodukt [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
Zulassung als Medizinprodukt

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.3 erfüllt DIN EN ISO 19223 [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
erfüllt DIN EN ISO 19223

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.4 Oberflächen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
alle Oberflächen sind reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.5 geeignet für Erwachsene und Kinder [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
geeignet für Erwachsene und Kinder

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.6 Akku- und Netzbetrieb: [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
Akku- und Netzbetrieb:

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.7 Akkulaufzeit mindestens 30 Minuten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Akkulaufzeit mindestens 30 Minuten

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.8 inkl. steckerfertiges Netzteil, 230 V [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

inkl. steckerfertiges Netzteil, 230 V

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.9 Display [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Display (Größe zwischen 15 - 19 Zoll) mit Touch und/oder Folientastatur zur Programmeinstellung und Parameterdarstellung

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.10 Medikamentenvernebler [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Integration von Medikamentenverneblern ist möglich

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.11 Darstellung von Kurven und Trends [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Darstellung von Kurven und Trends

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.12 interne Speicherkarte [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

interne Speicherkarte für die Aufzeichnung von Daten

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.13 Schnittstelle für Datentransfer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Schnittstelle für Datentransfer (z.B. USB, Ethernet)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.14 KIS / PDMS [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Anbindung an ein KIS / PDMS (z . B . HL 7 Schnittstelle, Erstellung und Export von Berichten) kompatibel zu eingesetztem PDMS und Infrastruktur über geeignete Schnittstellen :
- Philips IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA)
- Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.15 Kompatibilität zu Atemgasbefeuchter [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Kompatibilität zu Atemgasbefeuchter MR 850 des Herstellers Fisher & Paykel ist gegeben .

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.16 optische und akustische Alarmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

optische und akustische Alarmer

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.17 Hoch- und Niedrig- Grenzwerte für Alarmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

einstellbare Hoch- und Niedrig- Grenzwerte für Alarm

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.18 Alarm bei technischen Störungen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Alarm bei technischen Störungen

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.19 für invasive und nicht invasive Beatmungsmodi [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

für invasive und nicht invasive Beatmungsmodi

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.20 volumenkontrollierte Druck-Beatmung (AutoFlow) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

volumenkontrollierte Druck-Beatmung (AutoFlow)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.21 Tubuskompensation (ATC) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Tubuskompensation (ATC)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

2.1.22 CMV-VC oder A/C-VC (bzw. VC-CMV, VCV, CMV, VC) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CMV-VC oder A/C-VC (bzw. VC-CMV, VCV, CMV, VC)

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.23 SIMV-VC/PS (bzw. VC-SIMV, SIM-VC, SIMV) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

SIMV-VC/PS (bzw. VC-SIMV, SIM-VC, SIMV)

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.24 CSV-vtPS (bzw. SPN-CPAP/VS, VS, Dynamisches PSV) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CSV-vtPS (bzw. SPN-CPAP/VS, VS, Dynamisches PSV)

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.25 CMV-PC oder A/C-PC (bzw. PC-CMV, PCV, PC) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CMV-PC oder A/C-PC (bzw. PC-CMV, PCV, PC)

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.26 CPAP oder CSV-ACAP (bzw. SPN-CPAP, CPAP, Spont) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CPAP oder CSV-ACAP (bzw. SPN-CPAP, CPAP, Spont)

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.27 SIMV-PC/PS (bzw. PC-SIMV, SIMV-PC,PC- BIPAP, Bilev) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

SIMV-PC/PS (bzw. PC-SIMV, SIMV-PC,PC- BIPAP, Bilevel, DUOPAP)

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.28 IMV-PC oder IMV-PS (bzw. PC-APRV, APRV, BiVENT-APR) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

IMV-PC oder IMV-PS (bzw. PC-APRV, APRV, BiVENT-APRV)

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.29 CSV-PS (bzw. SPN-CPAP/PS, CPAP/PSV, Spont, PSV, PS) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

CSV-PS (bzw. SPN-CPAP/PS, CPAP/PSV, Spont, PSV, PS)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.30 Tidalvolumenbereich [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Tidalvolumenbereich (Kinder, Erwachsene): 50 - 2000 ml

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.31 PEEP [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Positive End Expiratory Pressure (PEEP): 0 - 30 mbar

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.32 inspiratorischer Fluss [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

inspiratorischer Fluss: bis min. 120 l/min

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.33 Inspirationsdruck [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Inspirationsdruck: 0 - 50 mbar

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.34 Inspiratorische Sauerstofffraktion [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Inspiratorische Sauerstofffraktion (FiO₂): 21 - 100 %

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.35 Atemfrequenz (Kinder, Erwachsene) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Atemfrequenz (Kinder, Erwachsene): 2 - 80 /min

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.36 Gerätewagen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Gerätewagen :

- fahrbar auf weichen Lenkrollen , elektrisch leitfähig , feststellbar
- mit Stellfläche für das Beatmungsgerät
- Normgeräteschienen beidseitig der Gerätestellfläche

-] Keine Angabe
-] Ja
-] Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Nachhaltigkeitskriterien

Gewichtung: 10,00%

2.2.1 Anzugebende Informationen [Mussangabe]

CO2-Neutralität bis zum Jahr 20XX angestrebt!
CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.
CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.
Anteil der Abfälle in % die im vergangenen Geschäftsjahr dem Recycling zugeführt wurden.
Anteil verwendete Recyclingmaterialien in %
Anteil recyclingfähiges Material in %

2.2.2 Nachhaltigkeitsbericht [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Nachhaltigkeitsbericht (z.B. Eigenerklärung, Bericht gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtenengesetz (LkSG § 10) liegt dem Angebot bei.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.3 ESG [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Environmental Social Governance (ESG) Bewertung einer externen Nachhaltigkeits-Rating- Agentur (z.B. ISS ESG, MSCI, Sustainalytics, CPD, EcoVadis) liegt vor.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.4 Sonstige Nachhaltigkeitszertifikate [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Sonstige Nachhaltigkeitszertifikate (z.B. Energieaudit, Abfallreduktion) liegen bei.

-] Keine Angabe (0)
-] Ja (1)
-] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.5 CO2-Neutralität

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

CO2-Neutralität bis zum Jahr 20XX angestrebt!
Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.2.6 CO2-Emission

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

CO2-Emission (umsatzbezogen, Tonne/Mio. Euro) des vergangenen Geschäftsjahres.
Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.2.7 Anteil erneuerbare Energien

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil erneuerbare Energien in % am Gesamtverbrauch im vergangenen Geschäftsjahr.
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.2.8 Recycling Quote

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil der Abfälle in % die im vergangenen Geschäftsjahr dem Recycling zugeführt wurden. Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.2.9 Rücknahme von Gebrauchsgütern [Mussangabe]

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Ist die Rücknahme von Gebrauchsgütern möglich?

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2.10 Umgang mit Gebrauchsgütern [Mussangabe]

Wie werden zurückgenommene Gebrauchsgüter weiterverwendet (z.B. Wiederaufbereitung, Ersatzteilgewinnung, für Schulung / Vorführungen).

2.2.11 Anteil verwendete Recyclingmaterialien

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil verwendete Recyclingmaterialien in %
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.2.12 Anteil recyclingfähiges Material

Gewichtung: 1,00%
Maximalpunktzahl: 1

Anteil recyclingfähiges Material in %
Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.3 Servicekriterien

Gewichtung: 20,00%

2.3.1 Gewährleistungsverlängerung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 3

Freiwillige Gewährleistungsverlängerung ohne Aufpreis

- Keine Angabe (0)
- 24 Monate (3)
- 12 Monate (1)

Nur eine Antwort wählbar

2.3.2 Servicecenter 7/7 [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Servicecenter ist an 7 Tagen in der Woche erreichbar.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.3.3 Servicecenter 24H [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Servicecenter ist von 0-24 Uhr in der Woche erreichbar.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.3.4 Servicecenter Mindestanforderung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ein Servicecenter ist werktags zwischen 08:00 - 17:00 Uhr telefonisch erreichbar.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.3.5 Telefonische Beratung [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Eine telefonische Beratung für technische und anwendungsspezifische Fragen ist verfügbar.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.3.6 Online-Kundenservice-Portal [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 1

Ein Online-Kundenservice-Portal mit wartungsrelevanten Unterlagen (z.B. Anleitungen, Ersatzteil- und Stücklisten) ist verfügbar.

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.3.7 Ersatzteillieferzeit [Mussangabe]

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 5

Lieferbarkeit von Ersatzteilen

- Keine Angabe (0)
- Ersatzteile sind innerhalb von 12 Stunden (auch über Nacht) lieferbar. (5)
- Ersatzteile sind innerhalb von 24 Stunden lieferbar. (1)

Nur eine Antwort wählbar

2.3.8 Reaktionszeit Servicetechniker [Mussangabe]

Reaktionszeit Servicetechniker von Meldung bis Eintreffen im Klinikum in Stunden

2.3.9 Reaktionszeit Servicetechniker

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.3.10 Instandsetzungszeit Servicetechniker [Mussangabe]

Instandsetzungszeit Servicetechniker nach Ausfallmeldung (Abruf der Reparatur) des Technikers beträgt in Tagen

2.3.11 Instandsetzungszeit Servicetechniker

Gewichtung: 2,50%
Maximalpunktzahl: 10

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.4 Qualität und Technische Werte Bewertungskriterien

Gewichtung: 5,00%

2.4.1 Akkus [Mussangabe]

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 5

Akkus sind nicht fest verbaut

- Keine Angabe (0)
- Ja (5)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.4.2 Akkulaufzeit in Stunden [Mussangabe]

Bitte geben Sie hier die Akkulaufzeit in Stunden an

2.4.3 Akkulaufzeit

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 3

Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.4.4 Kompatibilität [Mussangabe]

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 5

kompatibel zu Verbrauchsmitteln (z.B. Beatmungsschläuche) von Drittanbietern

- Keine Angabe (0)
- Ja (5)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.4.5 Demontagefreundliche Konstruktion [Mussangabe]

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Demontagefreundliche Konstruktion (z.B. geschraubt statt verklebt, hohe Sortenreinheit anfallender Materialien)

- Keine Angabe (0)
- Ja (1)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.4.6 Maximale Leistungsaufnahme [Mussangabe]

Maximale Leistungsaufnahme in kw

2.4.7 Bewertung Leistungsaufnahme

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.4.8 Durchschnittliche Leistungsaufnahme [Mussangabe]

Durchschnittliche Leistungsaufnahme (während Beatmung) in kw

2.4.9 Bewertung durch. Leistungsaufnahme

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Der Bieter mit dem niedrigsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.4.10 Durchschnittliche Produktlebensdauer [Mussangabe]

Durchschnittliche Produktlebensdauer in Jahren

2.4.11 Bewertung Produktlebensdauer

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 1

Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.4.12 Systemverfügbarkeit [Mussangabe]

Geben Sie hier die garantierte Verfügbarkeit pro Jahr in Prozent an.

2.4.13 Systemverfügbarkeit

Gewichtung: 0,63%
Maximalpunktzahl: 5

Der Bieter mit dem höchsten Wert erhält die angegebenen Wertungspunkte.

2.5 Anwenderbewertung

Gewichtung: 65,00%

2.5.1 Punkte Anwenderbewertung

Gewichtung: 65,00%
Maximalpunktzahl: 195

An dieser Stelle trägt die Vergabestelle die erreichten Punkte der Anwenderbewertung ein.